

Projet : XFEL  
Désignation : Coupler XFEL  
Réf LAL : 172-CX-001

Postes de Travail  
Station Recette Technique LAL

Rédacteur : Alex Kazarjian  
Date Rédaction : 02 / 09 / 2010

Données Entrées

Données Sorties

Travailler

Poste 1

Me / Mr X  
Contrôle Réception  
+  
Stockage

Conformité check liste

- Check liste conforme  
- Déroulement mode  
opérateur

Poste 2

Me/Mr X + Me /Mr Y  
Déballage  
+  
Test de Fuite

- Lecture du détecteur  
Pas de Fuite

- Etuve à 130°C  
- Spectromètre RGA  
- Relevé de Pression

Poste 3

Me/Mr X + Me/Mr Y  
Etuvage  
+  
RGA  
+  
Test de Fuite

- Pression < à celui avant  
étuvage  
- Analyse piques RGA

Domaine majoritaire  
Mécanique

- Démontage de la tenue  
du soufflet froid  
+  
- Position de l'axe moteur  
à mi course

Poste 4

Me/Mr Z + Me/Mr Y  
Montage WG box  
+  
Accord en  
Fréquence

Conformité courbe  
accord en fréquence

Consigne  
+  
Mode opératoire

Poste 5

Me/Mr Z + Me/Mr Y  
Préparation  
+  
Conditionnement

Domaine majoritaire  
Radio Fréquence

Limite Responsabilité de  
l'industriel

- Mode opératoire  
- Contrôle visuel des  
organes

Poste 6

Me/Mr Y + Me/Mr W  
Démontage  
+  
Emballage

Conformité selon  
exigences interne LAL

Check liste de contrôle  
avant expédition

Poste 7

Me / Mr X  
Buffer  
+  
Expédition

Conformité check liste

Limite Responsabilité LAL

Domaine LAL

IRFU

Si NOK

Si NOK

DESY